



Note de service

DESTINATAIRES : Toutes les équipes du CISSS des Laurentides

EXPÉDITRICE : Anne-Marie Lajeunesse, conseillère-cadre à la standardisation des produits

DATE : 8 janvier 2021

OBJET : **MASQUES DE PROCÉDURE TRIOMED : PRÉSENCE D'IODE**

Par la présente, nous vous informons que les masques de procédures de la marque **TRIOMED** contiennent de l'**iode**. Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés par les personnes présentant une sensibilité connue à cette substance.



Nous sommes désolés des inconvénients et de l'inconfort qu'aurait pu engendrer la présence d'iode dans les masques de procédures aux utilisateurs.

En toute collaboration.