Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval
Québec

Direction OPTILAB Laval, Lanaudière, Laurentides

Note de service

DESTINATAIRES : Utilisateurs des EBMD, gestionnaires, chefs de service et chefs d'unité du CISSS des Laurentides, secteur Hôpital Laurentien

EXPÉDITEURS: Simon Bissonnette, PhD, Biochimiste clinique, représentant médical des EBMD du CISSS des Laurentides
Frédéric Drolet, Chef de service - Centres de prélèvement Laval, central téléphonique Optilab et biologie médicale de l'Hôpital Laurentien

DATE : Le 11 août 2022

OBJET : **Bandelettes pour glucomètre – non-conformité lors de l'audit d'accréditation**

Afin d'assurer que les résultats de glycémie obtenus à partir d'un glucomètre soient adéquats, nous souhaitons rappeler aux utilisateurs d'inscrire la date d'ouverture sur les bandelettes de réactifs.

La présence de la date d'ouverture permet au prochain utilisateur de savoir si le réactif est adéquat ou expiré. Une boîte de bandelettes déjà entamée et trouvée sans date d'ouverture devrait donc être jetée.

Cet élément a été soulevé en non-conformité lors des audits externes d'accréditation du Bureau de Normalisation du Québec en juin 2022.

Nous vous remercions de votre collaboration soutenue envers la qualité des soins aux patients.

OPTILAB Laval Lanaudière Laurentides

1755, boulevard René-Laennec
Laval (Québec) H7M 3L9
Téléphone : 450 668-1010
www.lavalensante.com